



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pelo presente venho homologar o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. **2021.07.20.01 - PE - FMS**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.**

Assim, nos termos da legislação vigente, ficam os itens **HOMOLOGADOS** em favor de:

**1** – MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ Nº 38.259.748/0001-86, vencedora dos itens 01 e 03, com valor global de R\$ 10.300,00 (DEZ MIL E TREZENTOS REAIS), conforme descrição a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
01	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) TERMINAIS:</b> NO MÍNIMO 3; <b>CABECEIRA:</b> ARTICULADA; <b>COMANDO DA CADEIRA:</b> PEDAL; <b>EQUIPO:</b> TIPO CART OU ACOPLADO; <b>REFLETOR:</b> MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); <b>CUBA:</b> PORCELANA/CERÂMICA; <b>UNIDADE AUXILIAR:</b> 1 SUGADOR; <b>SERINGA TRÍPLICE:</b> POSSUI; <b>CANETA DE ROTAÇÃO:</b> POSSUI; <b>CONTRA ÂNGULO:</b> POSSUI; PEÇA RETA: POSSUI; <b>MICRO MOTOR:</b> POSSUI	UND	01	DENTEMED	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
03	<b>COMPRESSOR ODONTOLOGICO:</b> (INDICADO PARA UM CONSULTÓRIO COMPLETO EQUIPADO COM: MICROMOTOR, SERINGA TRÍPLICE, TURBINA E SUGADOR) CARACTERÍSTICAS: PRODUTO NACIONAL COM GARANTIA DE 1 ANO OU MAIS; VOLUME DO RESERVATÓRIO MÍNIMO 29L E MÁXIMO 50L; VOLUME DE AR ASPIRADO MÍNIMO/DESLOCAMENTO TEÓRICO: 6PCM L7OL/MIN; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 80 LBF/POLY — 5,5 BAR — MÁXIMA 120 LBF/POLY — 8,3 BAR; COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACIONAMENTO; PISTÃO 2 EM V; RESERVATÓRIO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FABRICADO DE ACORDO COM NORMA NRL3; ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE	UND	01	DENTEMED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00





PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**

*Um novo tempo pra todos*



COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; PROTETOR CONTRA SOBRE CARGA; ROTAÇÃO MÍNIMA 1730RPM; POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 1HP/0,75 KW					
---	--	--	--	--	--

1 – PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, CNPJ Nº 09.485.574/0001-71, vencedora dos item 02, com valor global de R\$ 4.091,00 (QUATRO MIL, E NOVENTA E UM REAIS), conforme descrição a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
02	<b>AUTOCLAVE:</b> DIGITAL COM DISPLAY DE LCD. BIVOLT AUTOMÁTICO -127/220V, COM 06 (SEI) PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO / KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA; CAPACIDADE 21 LITROS, TAMPAS E CÂMERA EM AÇO INOX, CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM, SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE.	UND	01	STERMAX	R\$ 4.091,00	R\$ 4.091,00

Ao setor competente para providências cabíveis.

TEJUÇUOCA – CE, 27 de Agosto de 2021

ROBERTA AZEVEDO VIDAL

SECRETÁRIA DE SAÚDE